cobas® Liat® System: Anleitung zur Anzeige von Ct-Werten

Der Ct-Wert wird in der Archivdatei (.csv) gespeichert. Diese csv -Datei und der Ergebnisbericht (als PDF), werden komprimiert und als eine ZIP-Datei gespeichert.

Exportieren Sie die ZIP-Datei auf einen USB-Stick (s. Abb.1) und laden Sie die .csv-Datei in Excel.



Abbildung 1: Archivieren von Dateien

Um den Ct-Wert abzulesen, verwenden Sie bitte nur die ersten beiden Ziffern und die gewünschte Anzahl Nachkommastellen (s. Abb.2).

AA	AB	
TargetResult	CtValue	
Negative	42	
Negative	42	
Negative	42	
Positive	299.671.247.660.764	= 29,97
Positive	300.491.695.104.189	= 30,05
Positive	309.406.347.313.055	= 30,94
Negative	42	
Negative	42	
Negative	42	

Abbildung 2: Ct-Wert Beispiel aus Excel

Sollten Sie Fragen haben, so können Sie sich gerne an unser Kundenservice Center in Mannheim unter der Telefonnummer 0621 759 79329 oder Email mannheim.molecular@roche.com wenden.